


依頼者 ひろた歯科

検体名 歯科用ユニット1

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



2015年(平成27年)12月02日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
従属栄養細菌数	30以下/ml		1	PGY寒天平板培養法

注1. 培養条件:20℃, 7日間

以上

依頼者 ひろた歯科

検体名 歯科用ユニット2

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



2015年(平成27年)12月02日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
従属栄養細菌数	30以下/ml		1	PGY寒天平板培養法

注1. 培養条件:20℃, 7日間

以 上

依頼者 ひろた歯科

検体名 歯科用ユニット3

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木152番1号



2015年(平成27年)12月02日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
従属栄養細菌数	30以下/ml		1	PGY寒天平板培養法

注1. 培養条件:20℃,7日間

以上


依頼者 ひろた歯科

検体名 歯科用ユニット4

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木152番1号



2015年(平成27年)12月02日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
従属栄養細菌数	30以下/ml		1	PGY寒天平板培養法

注1. 培養条件:20℃,7日間

以 上